

0.22 µM'LİK ENJEKTÖR FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün şırınga ucu filtrasyonu için uygun olmalıdır.
2. Ürün membranı 0,22 µm çapında ve steril olmalıdır.
3. Ürün membranı PVDF (Poli-viniliden florür) olmalıdır.
4. Ürün steril, non-pirojenik, non-sitotoksik ve endojen-free özellikte olmalıdır.
5. Üretici firma, onaylı aplikasyonlar için çalışma garantisi sağlamalı ve çalışmadığı durumlarda değiştirme garantisi vermelidir.
6. Enjektör filtresi biyolojik sıvıları, serumları sterilize etmekte kullanılabilmelidir.
7. Sulu çözeltiler için numune hazırlama özelliğinde olmalıdır.
8. Ürünle beraber son kullanma tarihlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
9. İstekli firmalar teklif edecekleri ürünlere ait Marka Model vb. açıklayıcı bilgileri sisteme yükleyecektir. Marka model belirtilemeyen malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Firmalara teknik şartnamemizde istenilen maddelere uygun ürün teklif etmek zorundadır. Uygun olmadığı anlaşılan veya firmalar tarafından muadil ürün gibi teklif edilen ürünler sipariş teslim edilse dahi iade edilecektir.
11. Şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen ve isteklinin teklif etmiş olduğu malzemeye ait özelliklerin prospektüs, katalog, kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin hangi sayfasında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak veya katalog üzerinde işaretlenecektir.
12. Şartnameye uygunluk belgesini istenilen şekilde BAP Otomasyon sistemine yüklemeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13. İstekliler teklif edecekleri malzemeye ait teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye uygunluk belgesi ile satın alma sistemine firma tarafından yüklenmelidir. İlgili maddelere tek tek cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
14. Yapılan muayenede hasarlı, bozuk, kırık veya teknik şartnameye uygun olmayan ürünlerin tespiti durumunda; ürünler yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir ve en geç 1 ay içerisinde yenisi yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.