


PVC Resusitator (Ambu) Seti Yetişkin Teknik Şartnamesi

1. Sadece yetişkin hastalarda kullanım için tasarlanmış olan ambu seti ana torbası elle hakimiyet sağlanabilecek bir yumuşaklığa sahiptir.
2. Verilen hava basıncı cihaz tarafından limitlenebildiği için hastanın güvenliği kullanım esnasında korunabilmektedir.
3. Cihaz balonunun gel-git hacmi en az 1300 ml, O2 rezervuar hacmi en az 1500 ml olmalıdır,
4. Rezervuar torbası olmalıdır
5. Tek yönlü basınç tahliye valfi olmalıdır, (Olası akciğer zedelenmelerini önlemelidir).
6. Maske bağlantı konektörü, pratik bir kullanım sunacak yapıda dizayn edilmelidir,
7. Ambu cihazı maskesi şeffaftır, hasta sekresyonları izlenebilir. Yüze tam olarak oturabilmesi için ergonomik bir tasarıma sahip olmalıdır,
8. Ürün içerisinde PVC malzemeden imal edilmiş maske, oksijen tüpüne bağlantıyı sağlayan hortum, oksijen rezervuar torbası, airway bulunmalıdır,
9. Setin içerisinde tekrar kullanılabilen (reusable) peep valfi dahil edilmelidir
10. Plusmed PM 1224-1 Pvc Ambu Set veya dengi olmalıdır
11. Ürün CE normlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır,
12. En az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Emre GÖRGÜN
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu