


HUMAN PENTRAXIN 3 (PTX-3) ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan serum düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikrolate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doç. Dr. Hatice TERZİ

15.09.2022




HUMAN CATHEPSIN G 6 (CTSG-6) ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan serum düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doç. Dr. Hatice TERZİ

15.09.2022



HUMAN FIBROBLAST GROWTH FACTOR 2 (FGF-2) ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan serum düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doç. Dr. Hatice TERZİ

15.09.2022

