

PRİMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Primerler desalted sentezlenmelidir.
2. Primerlerin sentezlenme ölçümü (synthesis scale) en az 50 nmol olmalıdır.
3. Primerler liyofilize edilmiş durumda 2 ml'lik tüplerde teslim edilmelidir.
4. Tüpler üzerinde primer konsantrasyonu ve dizisi okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır.
5. Primerlerin kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.
6. Üretilmiş primerlerin kırılabilirlik olasılığı olmamalıdır.
7. Üretilen primerlerin (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalıdır.
8. Primerlerin teslim süresi 2 haftayı geçmemelidir.
9. Primerler, üretim sertifikası, hazırlama ve kullanma talimatının olduğu bir belge ile birlikte teslim edilmelidir.
10. Primer dizi bilgileri ilgili firmaya sentez öncesi iletilecektir.

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur Pektaş