

DİJİTAL CO₂ ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Cihaz taşınabilir, el ile ölçüm yapılabilir ve üzerinde ölçüm sonuçlarını gösteren dijital ekrana sahip olmalıdır.
- 2- İç mekan havasındaki karbondioksit içeriğinin ölçülmesi için kullanılacaktır.
- 3- Infrared sensör teknolojisi ile ölçüm yapılmalıdır.
- 4- Cep telefonuna yüklenilebilen uygulama ile kullanılabilir. Uygulama ile ölçümler alınabilmeli ve kaydedilebilmeli, sonuçlar csv ve pdf olarak kaydedilebilmeli ve raporlandırılabilir.
- 5- Ölçümler 1sn'den başlayarak tüm zaman aralıklarında yapılabilir ve 24 saat boyunca kaydedilebilir.
- 6- Ölçüm aralığı 0 ... 10000 ppm olmalıdır.
- 7- Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C olmalıdır.