

## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 1 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doc. Dr. Ahmet Kızıldağ  
Günbirlikçi, İstanbul  
Tarih: 10.05.2013

## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 2 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doc. Dr. Ahmet KARADAĞ  
Gözetim ve Kontrol  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul  
2019

## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 3 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doc. Dr. Ahmet K. PADAY  
Günliçliye 10. Kat Katana  
Pazariçi 10. Kat Katana  
10. Kat Katana

## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 4 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doc. Dr. Ahmet KIRADAÇ  
Cumhuriyet Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.  
Dip. No: 136733

## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 5 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doç. Dr. Ahmet KARADAĞ  
Cumhuriyet Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.  
Dip. Tes. No: 130933

## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 6 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doc. Dr. Ahmet KARADAĞ  
Cumhuriyet Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.  
Dip. Tıp No: 130933

## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 7 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doc. Dr. Ahmet KARADAĞ  
Cumhuriyet Üni. Tıp Fak. Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.  
Dip. Tes. No: 130933



## HUMAN ANTİKOR ELISA KITI ŞARTNAMESİ

1. Kit insan interferon regülatör faktör 8 düzeylerini ölçmelidir
2. Ölçüm sandwich ELISA yöntemiyle 96'lık mikropate kullanılarak yapılmalıdır.
3. Kit serum, plazma ve doku homojenizatında ölçüm yapabilmelidir.
4. Ölçüm için kullanılacak bütün malzemeler kitin içerisinde bulunmalıdır.
5. Testin çalışılması için ilave herhangi bir madde vs.'ye ihtiyaç duymamalıdır.
6. Verilecek kitin düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka kiti yenisiyle değiştirecektir.
7. Verilecek kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
8. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
9. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doç. Dr. Ahmet KARADAĞ  
Cumhuriyet Univ. Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.  
Dip. Teş. No: 130933



### PİPET UCU ŞARTNAMESİ

1. Pipet ucu 100ul steril 96'lık kapalı kutu içinde olmalıdır.
2. Verilecek pipet ucunun düzgün çalışmaması durumunda yüklenici firma aynı marka pipet ucu ile değiştirecektir.
3. Yüklenici firma şartnamedeki tüm maddelere eksiksiz cevap vermek zorundadır.
4. Cevap vermeyen firmanın teklifi göz önüne alınmayacaktır.

Doç. Dr. Ahmet KARADAĞ  
Cumhuriyet Üni. Hastanesi  
Fiziksel Tıp Rehabilitasyon AD.  
Dip. Teş. No: 130933