

SONİK İRRİGASYON AKTİVASYONU KAVİTRON CİHAZI ŞARTNAMESİ

- Kutu içeriğinde el parçası, el eđesi tutucu, 3 adet scaling ucu ve özel anahtarı bulunmalıdır.
- 2 veya 4 çıkışlı olarak tercih edilebilmelidir.
- Ürün otoklavda steril edilebilmelidir.
- Ürünü kullanmak için optimal hava basıncı 0.3 MPa-45 psi-3.0 bar-3.0 kgf/cm² olmalıdır.
- Kutu içerisindeki uçların en az bir tanesi Perio tip olmalıdır.
- Ürün kutusu içerisindeki el eđesi tutucusuna her marka model el eđesini takılıp sonic hareket verilebilmelidir.
- Ürün CE belgesi olmalıdır.
- Ürün ile, en az bir markanın polimer sonik irrigasyon aktivasyon uçları da kullanılabilmelidir.
- Ürün uçları değiştirilerek hem endodontik hem aktivatör hem de scaler olarak kullanılabilmelidir.

İRİGASYON SOLÜSYONU AKTİVASYON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz kanal içerisindeki irrigasyon solüsyonlarını aktive etmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- Cihaz orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın içerisinde şarj kablosu ve cihazın yerleştirileceđi yuva olmalıdır. Ayrıca koruma amaçlı başlık kısmına takılan plastik koruyucu kılıf olmalıdır.
- Cihazın orijinal ambalajında 360 derece dönebilen uç deđiştirme halkası olmalıdır.
- Cihaz ultrasonik titreşim yapmalıdır.
- Ambalajı içerisinde , sarı, mavi ve gümüş renklerde farklı esneklikte 3 adet uç olmalıdır. Orijinal ambalajında bu uçlardan 2’şer adet bulunmalıdır. Gümüş uç uzunluđu 21 mm, mavi ve sarı rengi uçların uzunluđu 18 mm olmalıdır. İhtiyaç halinde uç yedekleri distribütör firma tarafından sağlanmalıdır.
- Ambalaj içerinden çıkan uçlar, koruyucu kılıf ve anahtar çıkarma aleti otoklavlanabilir olmalıdır. Bu durum orijinal ambalajdan çıkan kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmiş olmalıdır.
- Cihaz üzerinde açma kapama tuşu olmalı ve cihazın güç durumunu gösteren göstergeler olmalıdır. Bu göstergeler cihazın yeterli pili var ise yeşil, pil gücü %15-50 aralığında ise turuncu, %15’in altında ise kırmızı yanmalıdır.
- Cihazın UTS kaydı olmalıdır.